ELISA Thrombin-Heparin Cofaktor II-Komplex

Capture und Detecting Antikörper zum Aufbau eines Enzym-Immunoassays zur quantitativen Bestimmung des Thrombin-Heparin Cofaktor II (HC II)-Komplexes.

Testprinzip

Mikrotiterplattenvertiefungen werden mit Antikörpern gegen Thrombin beschichtet (Capture Antikörper), an die das Thrombin des Thrombin-HCII-Komplex aus der Probe bindet. Ungebundene Substanzen werden durch Waschen entfernt. Ein Peroxidase-konjugierter Anti-Heparin Cofaktor II Antikörper wird hinzugefügt, der an den Thrombin-HCII/Capture Antikörper-Komplex bindet. Nach einem Waschschritt reagiert zugegebenes Enzymsubstrat mit dem Konjugat. Die Intensität der entstehenden Farbe ist dem Gehalt an Thrombin-HCII-Komplex in der Probe proportional.

Reagenzien und Haltbarkeit (nach Öffnung)

Capture Antikörper	1 Flasche
Detecting Antikörper	1 Flasche

Die Reagenzien sind bei –20°C bis zum angegebenen Verfalldatum haltbar.

Anzahl der Bestimmungen:	**5 x 96**
Artikel Nr.:	**THCII-EIA**

15.11.11 © Haemochrom Diagnostica GmbH