Technochrom® C1-Esterase Inhibitor

Chromogene Methode zur quantitativen Bestimmung der C1-Esterase Inhibitor-Aktivität im Plasma.

Testprinzip

C1-INH + C1-Esterase (Überschuß) →
[C1-INH • C1-Esterase] + C1-Esterase (Rest)

$$\text{Substrat} \xrightarrow{C1-Esterase\,(Rest)} \text{Peptid + pNA}$$

Reagenzien und Haltbarkeit (nach Öffnung)

C1-Esterase	1 Fl.	6 Stunden bei RT 1 Monat bei –20°C
C1-Esterase-Substrat	1 Fl.	6 Monate bei 2-8°C 1 Monat bei –20°C
Probenpuffer A	1 Fl.	6 Monate bei 2-8°C
Reaktionspuffer B	1 Fl.	6 Monate bei 2-8°C
Coagulation Reference	1 Fl.	8 Stunden bei 4°C 1 Monat bei –20°C
Coagulation Control N	1 Fl.	6 Stunden bei RT 1 Monat bei –20°C
Coagulation Control A	1 Fl.	6 Stunden bei RT 1 Monat bei –20°C

Automatenadaptionen: auf Anfrage
Artikel Nr.: 5345003