ELISA Faktor X

Capture und Detecting Antikörper zum Aufbau eines Enzym-Immunoassays zur quantitativen Bestimmung des Faktor X.

Testprinzip

Mikrotiterplattenvertiefungen werden mit Faktor X-Antikörpern beschichtet (Capture Antikörper), an die der Faktor X aus der Probe bindet. Ungebundene Substanzen werden durch Waschen entfernt. Ein Peroxidase-konjugierter Detecting Antikörper wird hinzugefügt, der an den Faktor X/Capture Antikörper-Komplex bindet. Nach einem Waschschritt reagiert zugegebenes Enzymsubstrat mit dem Konjugat. Die Intensität der entstehenden Farbe ist dem Faktor X-Gehalt in der Probe proportional.

Reagenzien und Haltbarkeit (nach Öffnung)

Capture Antikörper	1 Flasche
Detecting Antikörper	1 Flasche

Die Reagenzien sind bei 2-8°C bis zum angegebenen Verfalldatum haltbar.

Anzahl der Bestimmungen:	**5 x 96**
Artikel Nr.:	**(human) FX-EIA**
Anzahl der Bestimmungen:	**4 x 96**
Artikel Nr.:	**(Maus) MFX-EIA**