Siron® LS

Gerinnungstest zur Bestimmung der Aktivierten Partiellen Thromboplastinzeit (aPTT). Das flüssige Reagenz besteht aus einer wässrigen Suspension von Phospholipiden und Ellagsäure. Siron ist Lupus- und Heparin-empfindlich.

Testprinzip

Die Probe wird mit Siron® inkubiert. Bei 37°C wird die Reaktion mit 0,025 molarem $CaCl_2$ gestartet und die Zeit bis zur Entstehung eines Gerinnsels gemessen.

Reagenzien und Haltbarkeit (nach Öffnung)

Siron® LS	14 Tage bei RT
	3 Wochen bei 12°C
	2 Monate bei 2-8°C

Automatenadaptionen:	**auf Anfrage**
Packungsgröße:	**2 x 4 ml**
Artikel Nr.:	**5035105**
Packungsgröße:	**10 x 4 ml**
Artikel Nr.:	**5035107**
Packungsgröße:	**10 x 10 ml**
Artikel Nr.:	**5035109**