Surface Activated Clotting Time (SACT)

Die Surface Activated Clotting Time (SACT) ist eine Screening-Methode zur Detektion zirkulierender Lupus Antikoagulanzien.

Testprinzip
Die Surface Activated Clotting Time beruht auf der aktivierten partiellen Thromboplastinzeit (aPTT) mit Aluminiumsilikat-Mineral als Oberflächenkontaktaktivator, jedoch ohne Zugabe von Phospholipiden. Die SACT reagiert sehr sensitiv auf Gerinnungsstörungen. Zum spezifischen Nachweis von Lupus Antikoagulanzien wird ein Plasmatauschversuch mit Mischungen 50:50 und 20:80 (Patienten-plasma:Normalplasma) durchgeführt.

Reagenzien und Haltbarkeit (nach Öffnung)

SACT	10 Fl.	Verfalldatum bei 2-8°C

Packungsgröße:	**10 x 5 ml**
Automatenadaptionen:	**auf Anfrage**
Artikel Nr.:	**X9601-HB**